



PT. KARYA PRATAMA



Handheld Pulse Oximeter EST-02-PH



Rentang Aplikasi

Dewasa / Anak-anak

Jumlah O2

- Rentang pengukuran : 70~99%
- Ketepatan : 70%~99%: ± 2 digit;
0%~69% tidak ada definisi
- Resolusi : 1%

Denyut Nadi

- Rentang pengukuran : 18~300 denyut per menit
- Ketepatan : ± 3 bpm atau $\pm 3\%$
- Resolusi : 1bpm

Suhu

- Rentang pengukuran : 0~50°C
- Ketepatan : $\pm 0,1$ detik°C
- Resolusi : 0.1°C

EtCo2

- Rentang pengukuran : 0 ~ 99 mmHg
- Ketepatan : 0 ~70 mmHg: 2 mmHg
> 70 mmHg: mmHg
- Resolusi : 1 mmHg

AWRR

- Rentang pengukuran : 0 ~120BrPM
- Ketepatan : ± 1 BrPM
- Resolusi : 1 Kamar Tidur

Paket termasuk

1 buah Handheld pulse oximeter EST-02-HP
1 buah buku petunjuk

Fitur

- Layar TFT beresolusi tinggi 3,5 inci
- Pembuatan 15 ID spesifik, 10 jam dan hingga 600 grup daftar penyimpanan dan peninjauan data.
- Total referensi penyimpanan: 10 jam x 15 ID dan 600 grup x 15 ID
- Perangkat lunak yang kompatibel untuk analisis data
- Alarm visual dan audio yang dapat disesuaikan, suara, lampu hitam
- Alarm kerusakan
- Pengaturan kata sandi
- Baterai lithium yang dapat diisi ulang, 10 jam kerja terus menerus (Oksigen darah tunggal)
- Multibahasa (opsi)

Dimensi

Ukuran 81,7mm x 27,9mm x 152,2mm

Berat (tanpa baterai)


165,5 gram

Persyaratan Daya

Kapasitas Baterai Litium : 3100mAh
Waktu pengisian : 8 jam
Waktu kerja : 10 jam (Oksigen darah tunggal)

Persyaratan Lingkungan

Suhu Operasional : 5~40°C
Suhu Penyimpanan : - 20~+55°C
Kelembaban Sekitar $\leq 80\%$ tidak ada kondensasi dalam operasi
 $\leq 93\%$ tidak ada kondensasi dalam penyimpanan
Tekanan atmosfer : 86kPa~106kPa



PT Karya Pratama

Daan Mogot Arcadia, Jl. Daan Mogot KM 21 Blok F1
No. 8A-8B, Kelurahan Batucapeer, Kecamatan Batucapeer,
Kota Tangerang, Banten

